



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๓๒๕๐๐/-

วันที่ 19 พ.ค. 2563

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำวิจารณ์ของบริษัท โค้ด ไนน์ กรุป จำกัด ตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตามคำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอตามคำวิจารณ์ของบริษัท โค้ด ไนน์ กรุป จำกัด เรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำวิจารณ์ เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอแนะไม่เหมาะสมและยืนยันตามร่างเดิมรายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติให้สั่งซื้อตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางนวยนาฏ เชียงแรง)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญพร พริ้งบุญเจริญ)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(นายวิญญู เคียนยี่ฉ้วน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ความเห็น/คำสั่ง

Out

(นายสุกฤษฎี มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจเสนอแนะข้อวิจารณ์และความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งบริษัท โค้ด โนน กรุ๊ป จำกัด ได้ทำหนังสือแนะนำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และมีประเด็นการเสนอแนะคำวิจารณ์ และความเห็นของร่างขอบเขต ดังนี้

คำวิจารณ์

ข้อ ๒.อุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล ด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)

ข้อ ๒.๑๘ บนเพดานรถมีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือ สามารถแขวนพร้อมกันได้มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ผลทดสอบอย่างหล่อ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ และ EN๑๘๖๕ ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระทำ ๑๐ G จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมแนบเอกสารรับรอง

มีความเห็นว่า คุณสมบัติของมาตรฐาน EN๑๘๖๕ เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับ อุปกรณ์ขนส่งผู้ป่วยที่ใช้ในรถพยาบาลบนท้องถนน เป็น ผลทดสอบสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยที่มีล้อ (หรือ) ที่แขวนน้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลที่มีล้อเข็น จึงไม่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานที่แขวนน้ำเกลือได้ ควรตัดมาตรฐาน EN๑๘๖๕ ออก คงไว้เพียงแต่ EN๑๗๘๙ ที่เป็นมาตรฐานทดสอบด้วยแรงกระทำ ๑๐ G เท่านั้น

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวฟังไม่ขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ เห็นควรไม่มีการทบทวนแก้ไข

คำวิจารณ์

ข้อ ๓.๗ ติดไฟส่องสว่าง สำหรับส่องสว่างด้านซ้าย-ขวา อย่างละ ๒ โคม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ข้อ ๓.๗.๘ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R๑๐ และผ่านมาตรฐานการรบกวนคลื่นสัญญาณ CISPR๒๕

มีความเห็นว่า ควรเพิ่มเติมคำว่า มาตรฐานการรบกวนคลื่นสัญญาณ CISPR๒๕ เป็นมาตรฐานที่ระบุสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ผู้ขายรายใดรายหนึ่งที่สามารถนำเข้าได้ และ มาตรฐานนี้มีความสำคัญน้อยมากสำหรับในหัวข้อไฟส่องสว่าง ขอให้หน่วยงานพิจารณาในเรื่องของใช้คำว่า และ เปลี่ยนเป็นคำว่า หรือ แทนเพื่อเปิดโอกาสในการแข่งขันในการประมูลอย่างเป็นธรรม

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นควรไม่มีการทบทวนแก้ไข ข้อเสนอแนะดังกล่าว

/คำวิจารณ์...

คำวิจารณ์

หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

ข้อ ๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

ข้อ ๑.๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้ การจัดวางเตียง โดยมีความสูงจากพื้นเตียงของผู้ป่วยถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

ข้อ ๑.๑.๙ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากพลาสติกอย่างดี พนักพิงหลังช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลงสามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึงไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

มีความเห็นว่า แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากพลาสติกเป็นการกำหนดคุณลักษณะของสินค้าที่ เฉพาะเจาะจงสำหรับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง Spensor หรือ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในสินค้านั้นๆ ที่มี คุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น สามารถปรับเป็นเก้าอี้ได้ และควรเพิ่มคำว่า แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากพลาสติก หรือ อลูมิเนียม หรือ ดีกว่า และเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานมากขึ้น เติงควรปรับให้เป็นเก้าอี้ได้

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวฟังไม่ขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ เห็นควรไม่มีการทบทวนแก้ไข

ข้อ ๑.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผาผนัง จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑.๗.๖ ข่ายวัดเครื่องวัดความดันกับตัวผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรงผ่านการรับรอง มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN ๑๘๖๕ และ EN ๑๗๘๙ พร้อม แนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

มีความเห็นว่า ข่ายวัดเครื่องวัดความดันกับตัวผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรงผ่านการรับรอง มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN ๑๘๖๕ และ EN ๑๗๘๙ เป็นคุณลักษณะเฉพาะสินค้านั้นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง คือ Spensor รุ่น Vibo Bumper และตามมาตรฐาน EN ๑๘๖๕ ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดความดันติดผนังได้เนื่องจากมาตรฐาน EN ๑๘๖๕ เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ที่มีล้อในการเคลื่อนย้ายเท่านั้น ควรเพิ่มเติม มาตรฐาน อื่น ๆ ด้วย เช่น รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๓๔๘๕ จากโรงงานผู้ผลิต และต้องตัด มาตรฐาน EN ๑๘๖๕ ออก เนื่องจากมาตรฐานและอุปกรณ์ไม่สัมพันธ์กัน และเพิ่มเติม เคลือบ สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่พื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ภายในห้องพยาบาลที่มีความสามารถในการต้าน แบคทีเรีย และมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวฟังไม่ขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ เห็นควรไม่มีการทบทวนแก้ไข

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวนานา เชียงแรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญพร พริ้งบุญเจริญ)